

# LISTA DE CONTROL A DSP IN CABINETUL DE MEDICINA DENTARA

- 1.REGISTRUL UNIC DE CONTROL
- 2.AUTORIZATIA SANITARA
- 3.RESPECTAREA STRUCTURII FUNCTIONALE PREVAZUTA IN ASF
- 4.UNITURI DENTARE SI CABINETE
- 5.SALA DE ASTEPTARE – DEZINFECTANTE MAINI
- 6.SCAUNE PTR PACIENTI CU SUPRAFATA LAVABILA
- 7.STAREA DE IGIENA SI CURATENIE
- 8.APARATUL DE URGENTA
- 9.DACA CABINETUL ARE APA CALDA,RECE
- 10.SUBSTANTE DEZINFECTANTE PTR MAINI,SUPRAFETE,PAVIMENTE-AVIZATE DE MS SI IN TERMEN DE VALABILITATE
- 11.SUBSTANTE BIOCIDIE FOLOSITE
- 12.CONTRACT CU FIRMA DE COLECTARE A DESEURILOR
- 13.RECIPIENTE PTR COLECTAREA DESEURILOR
- 14.INSCRIPTIONAREA CORESPUNZATOARE A RECIPIENTELOR PTR DESEURI
- 15.SPATIU DE DEPOZITARE A DESEURILOR SECURIZAT SI CU PUBELA CU CAPAC
- 16.FRECVENTA RIDICARII DESEURILOR
- 17.PROSOAPE DE UNICA FOLOSINTA
- 18.PRELUCRAREA INSTRUMENTARULUI: SOLUTIA I,SOLUTIA II
- 19.STERILIZAREA INSTRUMENTARULUI- AUTOCLAV
- 20.TESTE DE AUTOCONTROL LA AUTOCLAV:- INDICATORI FIZICI(PRESIUNE,TIMP,TEMPERATURA- CUPRINSI IN DIAGRAMA AUTOCLAVULUI)
  - INDICATORI CHIMICI(BANDA,BOWIE-DICK,HELIX,INTEGRATOR CLASA 5)
  - INDICATORI BIOLOGICI- NU SUNT NECESARI
- 21.REGISTRE COMPLETATE LA ZI DE PRELUCRARE SI STERILIZARE A INSTRUMENTARULUI
- 22.PIESELE DE MANA –STERILIZATE
- 23.LINIE DE INFOLIERE A INSTRUMENTARULUI

- 24.AMBALAJELE DE IMPACHETARE A INSTRUMENTARULUI
- 25.INSTRUMENTARUL IN TERMEN DE VALABILITATE- 2 LUNI
- 26.VERIFICAREA TEHNICA TRIMESTRIALA A AUTOCLAVULUI(CONTRACT CU FIRMA) SI BULETINUL DAT DE ANMDM LA AUTOCLAVELE CARE AU IESIT DIN GARANTIE)
- 27.SPATIU DE STERILIZARE
- 28.CIRCUIT FUNCTIONAL PTR STERILIZARE
- 29.TRASABILITATEA INSTRUMENTARULUI-SE INSCRIE DATA SI CICLU DE STERILIZARE IN FISA PACIENTULUI)
- 30.LAMPI UV SI CONSEMNAAREA ORARULUI DE FUNCTIONARE
- 31.DACA SE UTILIZEAZA AMALGAM DENTAR
- 32.DACA EXISTA SEPARATOARE DE AMALGAM CONFORME
- 33.DESEURILE DE AMALGAM- COLECTATE SEPARAT SI EVIDENTA LOR
- 34.FISELE DE APTITUDINE ALE PERSONALULUI
- 35.MATERIALE SI USTENSILE DE CURATENIE SI DEZINFECTIE
- 36.GRUPURILE SANITARE PREVAZUTE CU MATERIALE IGIENICO-SANITARE
- 37.COMPRESORULDE AER-AMPLASARE
- 38.EVIDENTE PRIVIND ACTIVITATEA MEDICALA(CHESTIONARE,CONSIMITAMANT,FISE)
- 39.PERSONALUL UNITATII-DREPT DE LIBERA PRACTICA
- 40.PROTOCOALELE SI PROCEDURILE SUNT RESPECTATE

-INTEGRATORII DE CLASA 5 SE FOLOSESC UNUL PE SARJA SI IN TRUSELE DE IMPLANTOLOGIE ,CARE SE CAPSEAZA IN CAIETUL DE STERILIZARE

-TESTUL BOWIE-DICK – O DATA PE SAPTAMANA SI INAINTE DE MATERIALUL MOALE

-TESTUL HELIX- PTR PIESE SI TUBULATURA

-PROCES VERBAL DE INSTRUIRE A PERSONALULUI CARE UTILIZEAZA AUTOCLAVUL- FIRMA AUTORIZATA

-REGISTRU DE INREGISTRARE A ANEXELOR PE CARE LE LASA FIRMA DE COLECTARE A DESEURILOR

